

Assunto **Fwd: ENC: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 028/2020**
De Administração e Finanças <financas@conceicaodorioverde.mg.gov.br>
Para <licitacoes@conceicaodorioverde.mg.gov.br>
Data 01/10/2020 15:20



- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE ESTADO DE MINAS GERAIS.pdf (~178 KB)

----- Mensagem original -----

Assunto: ENC: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 028/2020
Data: 01/10/2020 15:12
De: "Fabiano Lopes - AmaMedical" <f.lopes@amamedical.com.br>
Para: <FINANCAS@CONCEICAODORIOVERDE.MG.GOV.BR>
Cópia: <LICITACOES@CONCEICAODORIOVERDE.MG.GOV.BR>

Adriana boa tarde

Conforme falei com você por fone, estou enviando o pedido de impugnação.

Por favor, encaminhe ao pessoal responsável por licitações.

Pode responder este e-mail confirmando que recebeu por favor.

Obrigado pela sua atenção

Atenciosamente

Fabiano Lopes

Diretor

(11) 4384-2494

f.lopes@amamedical.com.br

www.amaralecia.com.br

www.amamedical.com.br

Av. Hilário Pereira de Souza, 406

28º andar - Osasco - São Paulo

Cep: 06010-170



AMARAL & CIA
Connecting Businesses Worldwide



CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK



De: Fabiano Lopes - AmaMedical [mailto:f.lopes@amamedical.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 14:24

Para: 'LICITACOES@CONCEICAODORIOVERDE.MG.GOV.BR'

<LICITACOES@CONCEICAODORIOVERDE.MG.GOV.BR>

Assunto: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 028/2020

ENVIAMOS NOSSO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO PARA O PREGAO PRESENCIAL 028/2020 PROCESSO LICITATÓRIO 092/2020.

PODEM CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL

AGUARDO

OBRIGADO

Atenciosamente

Fabiano Lopes

Diretor

(11) 4384-2494

f.lopes@amamedical.com.br

www.amaralecia.com.br

www.amamedical.com.br

Av. Hilário Pereira de Souza, 406

28º andar - Osasco - São Paulo

Cep: 06010-170



AMARAL & CIA
Connecting Businesses Worldwide



CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK



--
Secretaria de Administração e Finanças

Prefeitura de Conceição do Rio Verde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE ESTADO DE MINAS GERAIS

(35) 3335-1013 FAX: (35) 3335-1767 E-MAIL: PREFEITURACRV@STARWEB.COM.BR

WWW.CONCEICAODORIOVERDE.MG.GOV.BR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00092/2020

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO EDITAL

01-ANALISADOR HEMATOLÓGICO:

APÓS ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA MAX DIAGNÓSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELLI EPP, EM QUE ALEGA O DIRECIONAMENTO DO EDITAL QUANDO EXIGIDO QUE O EQUIPAMENTO SEJA FABRICADO NO BRASIL, UMA VEZ QUE SOMENTE O MODELO DA DIAGON ICOUNTER 3D POSSUI ESSA CARACTERÍSTICA, AINDA ASSIM O DESCRITIVO TÉCNICO CONTINUA SENDO DIRECIONADO PARA ESTE FABRICANTE, QUANDO A EQUIPE ALTEROU A QUANTIDADE DE AMOSTRAS POR HORA DE 60 AMOSTRAS PARA MÍNIMO DE 90 ANÁLISES POR HORA, SENDO QUE É COMUM NO MERCADO PARA UM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA DE 03 PARTES, A QUANTIDADE DE ATÉ 60 AMOSTRAS POR HORA.

VEJA ABAIXO UMA TABELA COMPARATIVA DE ANALISADORES DE 03 PARTES DISPONÍVEIS NO MERCADO EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE TESTES POR HORA, ONDE É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE APENAS UM ÚNICO EQUIPAMENTO NO MERCADO ATENDE AO REQUISITO DE 90 AMOSTRAS POR HORA.

IMAGEM	MARCA / MODELO	3 PARTES	LINK DE VERIFICAÇÃO	TESTES POR HORA
	DIAGNO ICOUNTER 3D	SIM	https://diagno.ind.br/icounter-3d/	100
	MAX CEL	SIM	http://medmax.com.br/produto/analizador-hematologico-max-cel-300/	60
	PROKAN PE 6100	SIM	http://www.amamedical.com.br/saude/PT/products/analizador-hematologia-automatico-PE-6100-Prokan.html	60

	HEMACOUNTER 60	SIM	https://www.quallyx.com.br/product-page/hemacounter-60	60
	NIHON KOHDEN	SIM	https://www.centerlab.com/analizador-hematologico-automatizado-mek-6500.html	60
	URIT 3000	SIM	https://www.hexasystems.com.br/produto/analizador-hematologico-3-partes-urit-3000.aspx	60
	SYSMEX XP300	SIM	https://www.sysmex.com/la/pt/Products/Documents/[V01]%20BROCHURE%20XP-300_PT_NEW.pdf	60

DESTA FORMA, SOLICITAMOS A RETIFICAÇÃO DO EDITAL, MANTENDO-SE O TEXTO INICIAL QUANTO A QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM REALIZADAS POR HORA.

02 – BIOQUIMICA SEMI AUTOMÁTICO:

ESTE ITEM DO PREGÃO POSSUI O MESMO VÍCIO DO ITEM ANALISADOR HEMATOLÓGICO QUANDO SE EXIGE QUE O EQUIPAMENTO SEJA FABRICADO NO BRASIL.

SOLICITAMOS QUE ESTE EXIGENCIA SEJA EXCLUIDA DO EDITAL.

CERTOS DE SERMOS ATENDIDOS, AGUARDAMOS MANIFESTAÇÃO DESTA EQUIPE.

FABIANO LOPES

DIRETOR

RG 30079100-8

**FABIANO
LOPES DE
ABREU:247075
13816**

Assinado de forma digital por
FABIANO LOPES DE
ABREU:24707513816
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=17996555000138, cn=FABIANO
LOPES DE ABREU:24707513816
Dados: 2020.09.23 12:55:51 -03'00'