

Assunto **Pedido de Esclarecimento Fwd: ED_PE_PREF_MUN_CONCEICAO_DO_RIO_VERDE_MG_0062021_01_06_2021_08H00_COVID**

De Orlando Junior <orlando.junior@pmh.com.br>

Para <licitacoes@conceicaoodorioverde.mg.gov.br>

Cópia Licitação PMH <licitacao.pmh@pmh.com.br>, Andre Almeida <andre.almeida@pmh.com.br>, Fellipe Carneiro <fellipe.carneiro@pmh.com.br>

Data 21/05/2021 15:53

Prioridade Mais alta

- Orlando.Junior.png (~23 KB)
- ED_PE_PREF_MUN_CONCEICAO_DO_RIO_VERDE_MG_0062021_01_06_2021_08H00_COVID_EXTRATO.pdf (~82 KB)
- ED_PE_PREF_MUN_CONCEICAO_DO_RIO_VERDE_MG_0062021_01_06_2021_08H00_COVID.pdf (~498 KB)

Boa tarde,

Os testes rápidos, para triagem e diagnóstico da covid19, se tornaram essenciais no combate a pandemia, uma vez que não é possível disponibilizar ainda RT-PCR/SOROLOGIA, em larga escala, para toda a população, e nas mais diversas localidades de um País continental como o Brasil. A qualidade de um teste rápido pode contribuir para o diagnóstico correto, salvando vidas, e para a economia de recursos do herário, pois testes de baixa qualidade levam a necessidade de repetições e execução de outros testes confirmatórios. A qualidade analítica de um teste rápido pode começar a ser verificada se o mesmo dispõe de swab controle "positivo" e "negativo" inclusas no kit, possibilitando assim que, antes do uso, já próximo do paciente, seja possível aferir a qualidade e funcionalidade do teste que será utilizado. Todo teste já possui no cassete a linha "C" para controle interno. Diante de todo supra citado, vimos por meio deste solicitar os devidos esclarecimentos a respeito do certame apensado. No aguardo. Agradecemos a atenção.

Lote 01

- O kit deve conter swab controle "positivo" e swab controle "negativo"?
- Considerando o bem maior, a saúde pública, e o emprego dos recursos públicos em produtos de qualidade, é necessário Laudo do INCQS?
- Qual sensibilidade irão aceitar? Acima de 93%? Especificidade acima de 99%?
- O kit deve conter o swab para coleta da amostra?

At.te



Orlando Júnior
Especialista em Produto
CRF-DF 1921
www.pmh.com.br

Produtos Médicos Hospitalares Ltda
Sia Trecho 17 Rua 8
Lote 170 Brasília DF - Brasil

O: +55 61 3403-1300
M: +55 61 9.9936-7269
E: orlando.junior@pmh.com.br
Revendo conceitos solidificando princípios



Orlando.Junior.png
~23 KB